Aquatec® Sorrento

CZ Sedačka na vanu /Sedačka na vanu otočná
Uživatelský manuál



Fig. 1



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 2



Fig. 3

Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



CE

Tento návod k obsluze je určen pro uživatele výrobku. Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a bezpečně jej uschovejte pro budoucí použití!

AQUATEC

INVACARE
Yes, you can.

Účel použití **CZ**

Výrobek je určen výhradně jako pomůcka ke koupání a použití v koupelně ve vaně. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

VAROVÁNÍ Nebezpečí pádu!
› Nestoupejte na tento výrobek.
› Nepoužívejte jako žebřík.

Provozní teplota: 10 - 40 ° C
Max. hmotnost uživatele: 130 kg

Životnost

Očekávaná životnost tohoto výrobku je 3 roky při použití v souladu s bezpečnostními pokyny, intervaly údržby a určeného použití, jsou uvedeny v této příručce. Efektivní životnost se může lišit v závislosti na četnosti a intenzitě používání.

Bezpečnost

VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu!
› Nepoužívejte, jestli je výrobek poškozený.

Rozsah dodávky

› Obr. 1 *(fig. 1)*

Montáž

› Obr. 2 *(fig. 2)*
Max. šířka A=650 mm
Min. šířka B=550 mm

Montáž

POZOR Nebezpečí zachycení!
› Buďte opatrní během montáže.

› *Obr. 3-6 (fig. 3 – 6.)*

VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu!
› Nepohybujte pod zatížením.

VAROVÁNÍ Nebezpečí pádu!
› Ujistěte se, že jsou obě nohy nastaveny na stejnou výšku.

POZOR Nebezpečí zachycení!
› Během používání buďte opatrní.

Obr. 7,A = 55 mm *(fig. 7)*
Obr. 8,9. *(fig. 8,9)*

Údržba a pravidelné prohlídky

Produkt je bezúdržbový za předpokladu provádění čištění a dodržování bezpečnostních pokynů výše uvedených.

› Pravidelně kontrolujte, zda produkt není poškozen, a zda je bezpečně smontován.

Čištění a dezinfekce

Výrobek lze čistit a dezinfikovat pomocí běžně dostupných prostředků.

› Dezinfikujte výrobek otřením všech obecně dostupných ploch s dezinfekčním prostředkem (po demontáži produktu, pokud je to možné).

Všechny čisticí prostředky a dezinfekční přípravky musí být účinné, vzájemně kompatibilní a musí chránit materiály, které se používají k čištění. Pro další informace o dekontaminaci v prostředí zdravotnických zařízení, viz "National Institute for Clinical Excellence“ pokyny pro Infekce: www.nice.org.uk/CG002 a místní kontrolní úřad.

- Čistěte ručně.
- Nepoužívejte žádné agresivní (hodnota pH pod 4,5 nebo nad 8,5) nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Max. teplota čištění 85 ° C po dobu 3 minut.

Opětovné použití

Výrobek je vhodný pro opakované použití. Kolikrát může být výrobek použit, závisí na tom, jak často a jakým způsobem je výrobek používán. Před opětovným použitím jej důkladně vyčistěte, prověřte jeho bezpečnost a dle potřeby nastavte.

Likvidace

Likvidace a recyklace použitých zařízení a obalů musí být v souladu s platnými právními předpisy.

Záruka

Poskytujeme záruku dle zákona. Záruční reklamace lze provést pouze prostřednictvím příslušného prodejce.

Invacare® distributors

Belgium & Luxemburg:
Invacare nv, Autobaan 22,
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@Invacare.com / www.Invacare.be

Deutschland:
Invacare GmbH, Alemannenstrasse 10,
D-88316 Isny
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0
Fax: (49) (0)75 62 7 00 66
kontakt@Invacare.com / www.Invacare.de

Österreich:
Invacare Austria GmbH, Herzog Odilostrasse 101,
A-5310 Mondsee
Tel: (43) 6232 5535 0
Fax: (43) 6232 5535 4
info-austria@Invacare.com / www. Invacare.at

Schweiz:
Invacare AG, Benkenstrasse 260,
CH-4108 Witterswil
Tel: (41) (0)61 487 70 80
Fax: (41) (0)61 487 70 81
switzerland@Invacare.com / www.Invacare.ch

Italia:
Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62,
I-36016 Thiene
Tel: (39) 0445 38 00 59
Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@Invacare.com / www.Invacare.it

Nederland:
Invacare BV, Celsiusstraat 46,
NL-6716 BZ Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@Invacare.com / www.Invacare.nl

Ireland:
Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus,
Seatown Road, Swords, County Dublin - Ireland
Tel: (353) 1 810 7084
Fax: (353) 1 810 7085
ireland@Invacare.com / www.Invacare.ie

United Kingdom:
Invacare Limited, Pencoed Technology Park, Pencoed,
Bridgend CF35 5AQ
Tel: (44) (0)1656 776200
Fax: (44) (0)1656 776201
UK@Invacare.com / www.Invacare.co.u

España:
Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà,
E-17460 Celrà (Girona)
Tel: (34) (0)972 49 32 00
Fax: (34) (0)972 49 32 20
contactsp@Invacare.com / www.Invacare.es

France:
Invacare Poirier SAS, Route de St Roch,
F-37230 Fondettes
Tel: (33) (0)2 47 62 64 66
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@Invacare.com / www.Invacare.fr

Denmark:
Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37,
DK-2605 Brøndby
Tel: (45) (0)36 90 00 00
Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@Invacare.com / www.Invacare.dk

Norge:
Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230,
Etterstad, N-0603 Oslo
Tel: (47) (0)22 57 95 00
Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@Invacare.com / www.Invacare.no
island@Invacare.com

Sverige:
Invacare AB, Fagerstagatan 9,
S-163 91 Spånga
Tel: (46) (0)8 761 70 90
Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@Invacare.com / www.Invacare.se

Portugal:
Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949,
P-4465-784 Leça do Balio
Tel: (351) (0)225 1059 46/47
Fax: (351) (0)225 1057 39
portugal@Invacare.com / www.Invacare.pt

USA:
CLARKE HEALTH CARE PRODUCTS INC.
1003 International Dr. USA, Oakdale, PA 150719226
Tel: 0724 69 52 122
Fax: 0724 69 52 922
info@clarkehealthcare.com / www.clarkehealthcare.com

Canada:
INVACARE® CANADA INC., 570 Matheson Blvd. E., Unit 8, CDN Mississauga, On. L4Z4G4
Tel. 0905 8908300
Fax. 0905 8905244
www.invacare.ca

Aquatec Operations GmbH
Alemannenstraße 10, D-88316 Isny
Tel: (49) (0)75 62 7 00 0
Fax: (49) (0)75 62 7 00 66
kontakt@invacare.com / www.invacare.de

Dodavatel pro ČR:
SIVAK medical technology s. r. o.
Jana Masaryka 1713
500 12 Hradec Králové
www.sivak.cz

© 2011, Aquatec Operations Gmbh, D-88316 Isny, all rights reserved.
Part No. 1528667-A / 2011-12

AQUATEC

INVACARE

Yes, you can.